

Số: 69/TB-BV

P.Bắc Giang, ngày 28 tháng 05 năm 2026

THƯ MỜI

V/v mời báo giá thiết bị y tế của dự toán “ Mua sắm bổ sung thiết bị y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh BHYT năm 2026”

Kính gửi: Các công ty cung ứng thiết bị y tế

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/6/2025 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Quyết định số 83/2025/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-SYT ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-SYT ngày 31/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 1);

Căn cứ Dự trù đề nghị mua sắm bổ sung thiết bị y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật KCB BHYT năm 2026 của các khoa điều trị của Bệnh viện;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật Bệnh viện ngày 27/05/2026 “V/v thống nhất danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế của dự toán “Mua sắm bổ sung thiết bị y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh BHYT năm 2026”

Căn cứ Quyết định 248/QĐ-BV ngày 27/05/2026 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh về việc phê duyệt trương mua sắm và danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế của dự toán “Mua sắm bổ sung thiết bị y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh BHYT năm 2026”

Để có căn cứ giá tham khảo để lập giá gói thầu thuộc dự toán mua sắm gói “Mua sắm bổ sung thiết bị y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh BHYT năm 2026” đảm bảo đúng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bệnh viện đề nghị các Công ty/ đơn vị có năng lực quan tâm gửi báo giá dịch vụ/hàng hóa gói thầu thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm bổ sung thiết bị y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh BHYT năm 2026” cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. *Đơn vị yêu cầu báo giá:* Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh.

2. *Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:*

Ds Trần Mạnh Hùng – Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - TBYT – ĐT: 0988.447.368
– Email: phong.vattu.tbyt.yhctbg@gmail.com

3. *Cách thức tiếp nhận báo giá:*

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh.

- Nhận qua email: phong.vattu.tbyt.yhctbg@gmail.com

4. *Thời hạn tiếp nhận báo giá:* Từ 08h00 ngày 29/05/2026 đến trước 9h00 ngày 09/06/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. *Thời hạn có hiệu lực của báo giá:* Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

6. *Địa điểm cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ:* tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế chi tiết theo phụ lục I đính kèm

III. Lưu ý:

1. Các đơn vị phải chào giá tất cả các loại thiết bị y tế trong danh mục trên.
2. Giá trong Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí dịch vụ, phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện;
3. Đơn vị báo giá cung cấp hồ sơ năng lực, hồ sơ ủy quyền, hồ sơ phân phối (nếu có).....
4. Các đơn vị báo giá theo mẫu sau: Chi tiết tại Phụ lục 2.

Trân trọng cảm ơn quý đơn vị đã quan tâm./.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Phòng KTTC, KHTH để phối hợp*
- *Đăng tải cổng TT đơn vị;*
- *Lưu: VT, VT-TBYT./.*

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toàn

PHỤ LỤC I
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA
THIẾT BỊ Y TẾ

TT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Máy điện xung trung tần	<p><u>*Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy mới 100% - Đạt các tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương - Sản xuất: năm 2025 trở đi - Điều kiện môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ môi trường 10⁰C - 40⁰C + Độ ẩm môi trường từ 10% - 80% + Điện áp nguồn: 220V±22V / 50Hz ± 1Hz <p><u>*Cấu hình cung cấp:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 chiếc - Dây nguồn: 01 dây - Tấm điện cực: 02 đôi - Túi nhung: 01 đôi - Dây đai: 01 bộ - Cầu chì: 02 chiếc - Sách hướng dẫn: 01 quyển <p><u>*Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dùng phương pháp điều trị bằng sóng trung tần được điều chỉnh từ sóng thấp tần. - Công suất: ≥ 60 VA - Tần số sóng trung tần điều chỉnh: khoảng từ ≤ 2 kHz đến ≥ 6 kHz và dung sai tần số đơn là ≤ ±10% - Tần số sóng thấp tần điều chỉnh: khoảng từ ≤ 1 kHz đến ≥ 150kHz và dung sai tần số đơn là ≤ ±10% - Cường độ dòng điện đầu ra: ≤ 100 mA và ≤ 500Ω - Độ ổn định cường độ dòng điện đầu ra: ≤ ±10% 	Cái	40

		<ul style="list-style-type: none"> - Tần số xung điều chỉnh: khoảng từ ≤ 1 kHz đến ≥ 100Hz và độ sai lệch đầu ra $\leq 10\%$ - Công suất tiêu thụ tối đa: ≤ 5W 		
3	Đèn gù hồng ngoại	<p><u>*Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy mới 100% - Sản xuất: năm 2023 trở đi - Điều kiện môi trường hoạt động: + Công suất: 220V/250W(phù hợp với bóng đèn) + Điện thế : 220V/250W (phù hợp với bóng đèn) <p><u>*Cấu hình cung cấp:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân đèn chính: 01 chiếc. - Bóng đèn hồng ngoại 220V/250W ≥ 01 chiếc - Dây nguồn: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh-Việt: 01 bộ. <p><u>*Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân đèn chính: cao tối thiểu 1,7m - Đế đèn: rộng tối thiểu 16cm - Dây nguồn: dài tối thiểu 2m8 m - Có dimmer hoặc công tắc để tăng giảm ánh sáng - Cố định vị xoay linh động - Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. - Chất liệu: Vỏ đèn, thân đèn bằng inox, chóa đèn bằng nhôm - Bóng đèn hồng ngoại 220V và tối thiểu 250W, hình bầu dục, vỏ bóng màu đỏ. - Nhiệt độ tối đa : $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 	Cái	51
4	Máy nén ép trị liệu	<p><u>*Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, mới 100%, chưa qua sử dụng - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: Nhà sản xuất đạt trong các tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc FDA hoặc tương đương 	Cái	06

	<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện hoạt động: Trong khoảng 100-240V, 50Hz/60Hz - Môi trường hoạt động: <ul style="list-style-type: none"> + Nhiệt độ tối đa đến: ≥ 35 độ C + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ <u>*Cấu hình cung cấp:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính : 01 Chiếc - Dây dẫn khí đôi: ≥ 01 bộ - Dây dẫn khí đơn cho túi tay: ≥ 01 bộ - Túi bọc chân: ≥ 01 cặp - Túi bọc tay: ≥ 01 túi - Dây nguồn: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 cuốn <u>*Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Bảng điều khiển cảm ứng hoặc cơ - Chế độ điều trị: có - Áp lực trị liệu: tối đa ≥ 280mmHg - Chế độ an toàn: Có 		
	Tổng: 04 khoản		

Phụ lục II: Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

V/v báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm bổ sung thiết bị y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh BHYT năm 2026”

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền Bắc Ninh

Căn cứ Thông báo mời báo giá số 69/TB-BV ngày 28/05/2026 của Bệnh viện YHCT Bắc Ninh; Chúng tôi là Xin được báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm bổ sung thiết bị y tế thực hiện dịch vụ kỹ thuật khám chữa bệnh BHYT năm 2026” và các dịch vụ liên quan. Chi tiết như sau:

I. Danh mục chi tiết và giá chào:

STT	Tên thiết bị y tế theo dự toán	Tên thương mại của thiết bị y tế được chào	Ký, mã, nhãn hiệu, Hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất	Đặc tính thông số kỹ thuật; quy cách đóng gói (nếu có)	Mã HS (nếu có)	Thông tin về Công bố, phân loại TBYT, Các chứng chỉ chất lượng	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá đã bao gồm thuế (VND)	Thành tiền (VND)
1										
n										
	Tổng cộng									

II. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung trong báo giá và các nội dung sau:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác.

2. Giá trong Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí dịch vụ, phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện; Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

3. Cam kết cung ứng đầy đủ, đúng chủng loại, đúng chất lượng cam kết và đảm bảo thời gian thiết bị y tế đã chào giá.....