

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 (lần 1) của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 2237/QĐ-SYT ngày 14/8/2024 “Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024”

Căn cứ vào biên bản họp ngày 22/08/2024 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật Bệnh viện về việc thống nhất danh mục, số lượng, yêu cầu về cấu hình và thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị được đề nghị mua sắm của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang;

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo giá thiết bị làm cơ sở xây dựng giá gói thầu cho dự toán mua sắm: “*Bàn kéo giãn đa chiều và Giàn sắc thuốc bằng hơi (30 ăm/mẻ) năm 2024*” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. *Đơn vị yêu cầu báo giá:* Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Trần Nguyên Hãn – Thành phố Bắc Giang.

2. *Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:*

Ds Trần Mạnh Hùng – Chức vụ: Phó trưởng phòng Vật tư – TBVT

Số ĐT: 0988.447.368

Email: tranhungduoc@gmail.com

3. *Cách thức tiếp nhận báo giá:*

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Trần Nguyên Hãn – Thành phố Bắc Giang.

- Nhận qua email: tranhungduoc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 24/8/2024 đến hết ngày 03/9/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của trang thiết bị y tế được đề nghị mua sắm:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bàn kéo giãn đa chiều (Máy kéo giãn cột sống/Bàn kéo nắn cột sống đa chiều)	<p>Bàn kéo giãn đa chiều (Máy kéo giãn cột sống/Bàn kéo nắn cột sống đa chiều)</p> <p>*Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau- Đạt tiêu chuẩn chất lượng: có tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương trở lên.- Điện áp sử dụng: 100-240V ± 10% (50/60 Hz) <p>*Cấu hình cung cấp:</p> <ul style="list-style-type: none">- Máy chính: 01 chiếc- Máy tính kèm phần mềm hoặc màn hình điều khiển: 01 chiếc- Bộ đai cố định: 01 chiếc- Bộ đỡ giảm áp cột sống cổ: 01 bộ- Bộ phận nâng đỡ chi dưới điều chỉnh được góc nâng: 01 bộ- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ	01	Cái

***Yêu cầu về tính năng, thông số**

kỹ thuật cơ bản:

1. Thân máy chính:

- Có hệ thống điều khiển giải nén/giảm áp đĩa đệm: cổ và lưng
- Lực kéo trọng lực: max $\geq 45\text{kg}$
- Giảm áp/giải nén phần lưng (xương chậu/khớp hông, cơ lưng, cột sống): Có thể uốn cong cả hai bên và một bên, mở góc, xoay
- Giảm áp/giải nén phần khớp cổ và có thể chỉnh hướng

2. Tính năng

- Có chương trình: Kéo giãn 3D hoặc kéo giãn đa chiều hoặc giảm áp cột sống và tối thiểu ≥ 2 vị trí
- Có cài đặt chương trình tùy chỉnh theo chương trình điều trị của bệnh nhân
- Thiết bị sử dụng công nghệ cảm biến tự động theo dõi tình trạng người bệnh

3. Các yêu cầu khác:

- Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày
- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Đơn vị sử dụng.
- Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.
- Bảo hành ≥ 12 tháng.

2	<p style="text-align: center;">Tủ sắc thuốc bằng hơi 30 ăm/mẻ (Hệ thống giàn sắc thuốc bằng hơi)</p>	<p style="text-align: center;">Tủ sắc thuốc bằng hơi 30 ăm/mẻ (Hệ thống giàn sắc thuốc bằng hơi)</p> <p><u>*Yêu cầu chung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2023 trở về sau - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: có tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương trở lên <p><u>*Cấu hình cung cấp và yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản:</u></p> <p>1. Giàn hơi chính: 01 giàn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống cung cấp hơi tự động. Vật liệu chế tạo Inox SUS 304, dày $\geq 3\text{mm}$; - Công suất sắc đồng thời: 30 ăm/ 1 mẻ - Dung tích mỗi ăm: từ 2,0 – 2,3 lít. Mỗi ăm có nắp đậy bằng inox, có giỏ đột lỗ $\varnothing 4 - 5\text{mm}$ - Công suất tiêu thụ: $\geq 20\text{Kg}$ hơi / H - Áp suất thiết kế: $\geq 4 \text{ Kg}$ hơi/ Cm^3 - Áp suất làm việc: $\geq 2 \text{ Kg}$ hơi/ Cm^3 - Vật liệu chế tạo Inox SUS 304, dày $\geq 3\text{mm}$; - Bao chứa hơi: Thép chuyên dụng dày $\geq 6\text{mm}$; - Bảo ôn bằng bông thủy tinh, bọc ngoài bằng Inox <p>2. Phụ kiện kèm theo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Van xả dịch $\geq \varnothing 15$ Inox SUS 304, số lượng: 30 Chiếc; - Van xả nước ngưng tụ $\geq \varnothing 20$, số lượng: 01 Chiếc; - Van cấp hơi, số lượng: 01 cái; - Van an toàn $\geq \varnothing 20$, số lượng: 01 Chiếc 	01	Hệ thống
---	---	--	----	----------

		<ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ áp kế đạt tiêu chuẩn 3. Các yêu cầu khác: - Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Đơn vị sử dụng. - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. - Bảo hành ≥ 12 tháng. 		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Lưu ý:

- Các đơn vị báo giá các thiết bị có cấu hình, thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương trở lên, bệnh viện sẽ xem xét lựa chọn phù hợp theo nhu cầu tại bệnh viện.

- Các đơn vị gửi báo giá theo mẫu tại Phụ lục 1 và làm bảng so sánh đáp ứng cấu hình của đơn vị tại Phụ lục 2.

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công TT đơn vị;
- Lưu: VT, VTBYT./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toàn

Phụ lục 1: Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang

Căn cứ yêu cầu báo giá số: /TB-BV ngày 23 tháng 08 năm 2024 của **Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang**, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
2										
n										
	Tổng cộng									

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2022 trở lại đây; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng.

4. Gửi kèm Báo giá các tài liệu sau:

- Hồ sơ pháp lý chứng minh Đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ;

- Tài liệu chứng minh Trang thiết bị y tế chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ;

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá gồm: Catalog và các tài kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của trang thiết bị (nếu có);

- Hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế báo giá đã hoàn thành (nếu có);

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA HÃNG SẢN XUẤT/
NHÀ CUNG CẤP⁽¹²⁾
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)**

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Phụ lục 2: Bảng so sánh đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Yêu cầu của đơn vị	Cấu hình báo giá	Đáp ứng/Không đáp ứng	Minh chứng (Catalog...)
Giá báo giá:			
I. YÊU CẦU CHUNG			
Năm sản xuất: 2023 trở về sau			
Tình trạng: Mới 100%			
Đạt tiêu chuẩn chất lượng: tối thiểu có tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương			
Điện áp nguồn: 100-240V ± 10% (50/60 Hz)			
II. YÊU CẦU CẤU HÌNH			
Máy chính: 01 chiếc			
Máy tính kèm phần mềm hoặc màn hình điều khiển: 01 chiếc			
Bộ đai cố định: 01 chiếc			
Bộ đỡ giảm áp cột sóng cổ: 01 bộ			
Bộ phận nâng đỡ chi dưới điều chỉnh được góc nâng: 01 bộ			
Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ			
III. THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
1.Thân máy chính:			

<i>Hệ thống điều khiển giải nén/giảm áp đĩa đệm: cổ và lưng</i>			
<i>Lực kéo trọng lực: Max ≥45kg</i>			
<i>Giảm áp/giải nén phần lưng (xương chậu/khớp hông, cơ lưng, cột sống): Có thể uốn cong cả hai bên và một bên, mở góc, xoay</i>			
<i>Giảm áp/giải nén phần khớp cổ và có thể chỉnh hướng</i>			
2.Máy tính & Bảng điều khiển			
<i>Thiết bị được điều khiển bằng máy tính hoặc thiết bị tương đương</i>			
<i>Phần mềm tích hợp sẵn: Có</i>			
3.Tính năng			
<i>Có chương trình: Kéo giãn 3D hoặc kéo giãn đa chiều hoặc giảm áp cột sống và tối thiểu ≥ 2 vị trí</i>			
<i>Cài đặt chương trình tùy chỉnh theo chương trình điều trị của bệnh nhân</i>			
<i>Thiết bị sử dụng công nghệ cảm biến tự động</i>			
IV CÁC YÊU CẦU KHÁC			
<i>Thời gian giao hàng: ≤60 ngày</i>			

Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Đơn vị sử dụng.			
Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.			
Bảo hành ≥ 12 tháng.			