

THƯ MỜI

V/v mời báo giá thiết bị y tế của dự toán toán “Mua bổ sung thiết bị y tế cho khoa Ngoại tổng hợp và Đơn vị cấp cứu” của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh

Kính gửi: Các công ty cung ứng thiết bị y tế

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/6/2025 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Quyết định số 83/2025/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-SYT ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-SYT ngày 31/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 1);

Căn cứ Dự trù đề nghị mua sắm bổ sung thiết bị y tế của khoa Ngoại tổng hợp; Đơn vị cấp cứu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật Bệnh viện ngày 19/08/2026 “V/v thống nhất danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế theo đề nghị mua bổ sung của khoa Ngoại tổng hợp và Đơn vị cấp cứu”

Căn cứ Quyết định 427/QĐ-BV ngày 20/08/2026 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh về việc phê duyệt trương mua sắm và danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua bổ sung thiết bị y tế cho khoa Ngoại tổng hợp và Đơn vị cấp cứu” của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh;

Để có căn cứ giá tham khảo để lập giá gói thuộc dự toán “Mua bổ sung thiết bị y tế cho khoa Ngoại tổng hợp và Đơn vị cấp cứu” của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh đảm bảo đúng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bệnh viện đề nghị các Công ty/ đơn vị có năng lực quan tâm gửi báo giá dịch vụ/hàng hóa gói thầu thuộc dự toán “Mua bổ sung thiết bị y tế cho khoa Ngoại tổng hợp và Đơn vị cấp cứu” của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. *Đơn vị yêu cầu báo giá:* Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh.

2. *Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:*

Ds Trần Mạnh Hùng – Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - TBYT – ĐT: 0988.447.368
– Email: phong.vattu.tbyt.yhctbg@gmail.com

3. *Cách thức tiếp nhận báo giá:*

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh.

- Nhận qua email: phong.vattu.tbyt.yhctbg@gmail.com

4. *Thời hạn tiếp nhận báo giá:* Từ 09h00 ngày 21/08/2026 đến trước 9h00 ngày 31/08/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. *Thời hạn có hiệu lực của báo giá:* Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

6. *Địa điểm cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ:* tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế chi tiết theo phụ lục I đính kèm

III. Lưu ý:

1. Các đơn vị phải chào giá tất cả các loại thiết bị y tế trong danh mục trên.
2. Giá trong Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí dịch vụ, phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện;
3. Đơn vị báo giá cung cấp hồ sơ năng lực, hồ sơ ủy quyền, hồ sơ phân phối (nếu có).....
4. Các đơn vị báo giá theo mẫu sau: Chi tiết tại Phụ lục 2.

Trân trọng cảm ơn quý đơn vị đã quan tâm./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTTC, KHTH để phối hợp
- Đăng tải cổng TT đơn vị;
- Lưu: VT, VT-TBYT./

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toàn

PHỤ LỤC I
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA
THIẾT BỊ Y TẾ

TT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Đèn phẫu thuật treo trần 2 nhánh	<u>*Yêu cầu chung:</u> - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Máy chính đạt tiêu chuẩn: FDA hoặc CE hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với mạng lưới điện Việt Nam - Nước sản xuất: thuộc một trong nhóm nước EU hoặc G7 <u>*Cấu hình cung cấp:</u> - Chóa Đèn mổ: 02 chiếc - Bộ giá trần cho đèn mổ: 01 Bộ - Bộ điều khiển gắn ở mỗi đèn: 01 bộ - Tay cầm khử trùng cho đèn mổ: 02 Cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ <u>*Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Bảng điều khiển tại đầu đèn có tối thiểu nút tắt/mở và điều chỉnh cường độ sáng - Đèn mổ phải có tay cầm vô trùng đặt tại trung tâm chóa đèn, cho phép phẫu thuật viên điều chỉnh hội tụ và kích thước trường sáng trực tiếp tại tay cầm - Chóa đèn phải được thiết kế ≥ 03 nguồn sáng độc lập, bảo đảm khi một trong hai nguồn sáng gặp sự cố hai nguồn còn lại vẫn cung cấp đủ cường độ chiếu sáng phục vụ phẫu thuật; thân chóa dạng liền khối, không lộ vít hoặc khe hở bên ngoài, bề mặt nhẵn, dễ vệ sinh và phù hợp kiểm soát nhiễm khuẩn phòng mổ - Điện áp cung cấp cho đầu đèn: $\leq 24V$ DC - Cường độ ánh sáng ở khoảng cách 1m của cả 2 chóa đèn: ≥ 160.000 lux - Điều chỉnh cường độ ánh sáng: $\leq 25-100\%$ - Chỉ số hoàn màu Ra: ≥ 96 - Nhiệt độ màu: $\geq 4400K$ - Đường kính trường hoạt động d10: $\geq 210mm$ - Đường kính điểm sáng d50: $\geq 105mm$	Bộ	01

		- Đường kính điều chỉnh của trường hoạt động: có - Nhiệt độ tăng gần đầu bác sỹ: $< 1^{\circ}\text{C}$ - Độ sâu chiếu sáng L1+ L2 + L1+ L2 (20%): $\geq 68\text{cm}$ + L1+L2 (60%): $\geq 47\text{ cm}$ - Công suất tiêu thụ của đầu đèn: $\geq 52\text{W}$ -Mức độ bảo vệ vỏ choá đèn: IP 43 hoặc tốt hơn		
2	Bàn mổ đa năng điện thủy lực	I.Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% - Sản xuất năm 2025 trở đi - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Máy chính đạt tiêu chuẩn: FDA hoặc CE hoặc tương đương II. Yêu cầu cấu hình *Bàn chính kèm đệm: 01 bộ kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó đã bao gồm: - Điều khiển cầm tay: 01 bộ - Bảng điều khiển tích hợp: 01 bộ - Khung màn chắn gây mê: 01 cái - Đai cố định cơ thể: 01 cái - Cọc truyền dịch: 01 cái - Ấc quy tích hợp: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh & tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật Tính năng chung - Khung bàn được làm bằng thép không gỉ 304 hoặc tốt hơn - Có thể điều khiển bàn bằng bộ điều khiển cầm tay và bảng điều khiển tích hợp trên thân bàn - Tầm đệm làm bằng vật liệu PU hoặc tương đương - Thiết bị có chức năng đưa bàn về vị trí ban đầu bằng một nút bấm Thông số kỹ thuật - Chiều dài bàn: $\geq 2080\text{ mm}$ - Chiều rộng bàn: $\geq 520\text{ mm}$ - Chiều cao bàn: điều chỉnh được trong khoảng $\leq 650 - \geq 1000\text{ mm}$ - Bàn dịch chuyển dọc $\geq 300\text{mm}$, hỗ trợ hiệu quả cho việc chụp C Arm - Điều khiển tư thế dốc / ngược lại: $\geq (30^{\circ}/30^{\circ})$ - Nghiêng sang bên trái/phải: $\geq (20^{\circ}/20^{\circ})$ - Dịch chuyển tầm lưng lên/xuống: $\geq (80^{\circ}/45^{\circ})$ - Dịch chuyển tầm đầu lên/xuống: $\geq (30^{\circ}/45^{\circ})$	Cái	01

		- Điều khiển tấm chân lên/xuống: $\geq 20^{\circ}/90^{\circ}$ - Góc gập tư thế Flex/Reflex (độ): $\geq (225 / 100)$ - Tải trọng tối đa: $\geq 350\text{kg}$ - Có khóa trung tâm		
3	Dao mổ điện	I. Yêu cầu chung -Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Máy chính đạt tiêu chuẩn: FDA hoặc CE hoặc tương đương - Yêu cầu xuất xứ (đối với máy chính): thuộc nhóm nước EU hoặc G7 II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính, có đầy đủ các cổng kết nối với các tay dao đơn cực, lưỡng cực: 01 cái. - Bàn đạp điều khiển tay dao đơn cực, lưỡng cực: 01 cái. - Tấm điện cực trung tính, dùng nhiều lần: 1 cái. - Dây nối tấm điện cực trung tính, loại dùng nhiều lần: 01 cái. - Tay dao đơn cực, dùng nhiều lần: 01 cái. - Adaptor đơn cực : 01 cái - Kẹp cầm máu kèm cáp dùng nhiều lần : 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật - Ứng dụng: Dao cắt đốt đơn cực, lưỡng cực dùng trong phẫu thuật - Công suất cắt tối đa: $\geq 350\text{W}$. - Công suất cầm máu tối đa: $\geq 150\text{W}$. - Tần số hoạt động tối đa: $\geq 440\text{kHz}$. - Có chức cảnh báo trở kháng ngoài giới hạn kiểm tra (hoặc ngoài dải bình thường). - Có chức năng cảnh báo khi phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng: + Có chức năng thông báo lỗi + Có chức năng báo động bằng âm thanh. - Bộ nhớ vận hành: ≥ 10 chương trình - Có tối thiểu ≥ 08 kênh (hoặc cổng) kết nối dụng cụ, phụ kiện, sử dụng cho: + Tay dao đơn cực. + Tay dao lưỡng cực. + Dây nối tấm điện cực trung tính. + Bàn đạp điều khiển tay dao đơn cực. + Bàn đạp điều khiển tay dao lưỡng cực Chế độ hoạt động:	Cái	01

		+ Chế độ cắt đơn cực: ≥ 04 chế độ. * Chế độ cắt tinh (hoặc cắt thuần), công suất tối đa $\geq 350W$, điện trở tải $\geq 350 \Omega$. * Chế độ cắt cầm máu (hoặc cắt hỗn hợp), công suất tối đa $\geq 300W$, điện trở tải $\geq 350 \Omega$. + Chế độ đốt đơn cực: ≥ 04 chế độ * Chế độ cầm máu mềm, công suất tối đa $\geq 250W$, điện trở tải $\geq 250 \Omega$. * Chế độ cầm máu tiếp xúc, công suất tối đa $\geq 250W$, điện trở tải $\geq 250 \Omega$ * Chế độ cầm máu không tiếp xúc, công suất tối đa $\geq 120W$, điện trở tải $\geq 500 \Omega$. + Chế độ lưỡng cực: ≥ 05 chế độ * Chế độ lưỡng cực, công suất tối đa $\geq 100W$, điện trở tải $\geq 300 \Omega$ + Có chế độ sử dụng hai tay dao cùng lúc Đáp ứng các tính năng như sau: + Có công nghệ cảm biến mô. + Chức năng auto start và auto stop		
4	Máy Điện tim 12 kênh	I.YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Máy chính đạt tiêu chuẩn: FDA hoặc CE hoặc tương đương - Yêu cầu xuất xứ (đối với máy chính): thuộc nhóm nước EU hoặc G7 II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính kèm bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Điện cực chi: 04 cái - Điện cực trước ngực: 06 cái - Dây nguồn: 01 dây - Cáp nối bệnh nhân 10 điện cực: 01 bộ - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ - Phần mềm chẩn đoán AI và quản lý dữ liệu: 01 bộ III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT *ECG: + Đồng thời ≥ 12 kênh ECG và thu thập dữ liệu + Tốc độ in $\geq 50mm/giây$ + Tốc độ lấy mẫu kỹ thuật số $\geq 8.000Hz$ Thông số chung:	Máy	01

		+ Hiển thị: Màn hình màu $\geq 7''$ (1024 x 600) + Hiển thị dữ liệu: 12 đạo trình sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, đặt được chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, ... + Máy in: Đầu in nhiệt; sử dụng giấy in nhiệt + Loại pin: Pin Lithium ion hoặc tương đương + Thời gian hoạt động của pin ≥ 3.5 giờ khi in liên tục + Chức năng kết nối với hệ thống điện tâm đồ tập trung, giúp bác sỹ đọc điện tâm đồ từ bất kỳ vị trí nào có kết nối internet thông qua hệ thống điện tâm đồ tập trung + Có năng kết nối với hệ thống PACS theo chuẩn DICOM. + Hỗ trợ quét barcode chuẩn: Standards CodeQr, PDF417, Code128, Code39NC, Code39C; Supporting of ASCII characters		
5	Máy theo dõi bệnh nhân (≥ 5 thông số)	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Máy chính đạt tiêu chuẩn: FDA hoặc CE hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: phù hợp với tiêu chuẩn điện tại Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy + Cáp đo và bộ đo ECG kèm điện cực: 01 bộ + Cáp đo và bộ phụ kiện đo SpO2: 01 bộ + Cáp đo và bộ bao đo huyết áp không xâm lấn NIBP: 01 bộ + Cáp đo và bộ phụ kiện đo nhiệt độ: 01 bộ + Xe đẩy nua tại Việt Nam: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật Đặc tính chung: - Có khả năng kết nối được với hệ thống theo dõi bệnh nhân trung tâm thông qua mạng LAN hoặc wifi - Có thể theo dõi tối thiểu các thông số: Điện tim, nhịp thở, SpO2, huyết áp không xâm lấn, nhiệt độ - Có tính năng hỗ trợ phân tích loạn nhịp - Màn hình hiển thị thông số và dạng sóng - Có chức năng tính toán chỉ số cảnh báo sớm cho bệnh nhân (EWS) + Có chức năng phân tích ST + Máy có OxyCRG	Máy	05

	- Có chức năng tự động điều chỉnh ngưỡng cảnh báo dựa trên xu hướng và biến thiên của bệnh nhân - Tính năng đo điện tim ECG: + Có thể lắp được ≥ 3 điện cực + Dải đo nhịp tim: từ ≤ 10 đến ≥ 350 nhịp/ phút + Độ chính xác $\leq \pm 1$nhịp/phút + Dải phóng đại tối thiểu: 0.5x, 1x, 2x và 4x + Có khả năng phát hiện máy tạo nhịp trong dải: $\leq \pm 2$ đến $\geq \pm 700$ mV + Độ rộng xung phát hiện máy tạo nhịp: ≤ 0.1 đến ≥ 2 ms - Bảng thông: + Chế độ chẩn đoán: ≤ 0.05 - ≥ 145 Hz + Chế độ theo dõi: ≤ 0.5 - ≥ 40 Hz + Chế độ ST: ≤ 0.05 - ≥ 40 Hz - Có phân tích ST + Dải ST: ≤ -0.9 - $\geq +0.9$ mV + Độ chính xác: $\leq \pm 10\%$ + Độ phân giải: ≤ 0.01 mV - Tính năng đo nhịp thở: + Dải đo: Từ ≤ 4 đến ≥ 200 nhịp/phút + Độ chính xác: $\leq \pm 5$ nhịp/phút - Tính năng đo nồng độ bão hòa oxy trong máu: + Dải đo độ bão hòa: ≤ 1 đến $\geq 100\%$ + Dải đo nhịp mạch: ≤ 30 đến ≥ 250 nhịp/phút + Độ chính xác: Người lớn/ trẻ em: $\leq \pm 2\%$ ở dải đo từ 70 - 100%; Trẻ sơ sinh: $\leq \pm 3\%$ ở dải đo từ 70 - 100% - Tính năng đo huyết áp không xâm lấn NIBP: + Phương pháp đo: Dao động hoặc tương đương + Đáp ứng tiêu chuẩn: ISO 80601-2-30 hoặc IEC 80601-2-30 hoặc tương đương + Chế độ đo tối thiểu: Tự động, thủ công + Dải đo: - Người lớn: - Tâm thu: ≤ 25 - ≥ 290 mmHg - Tâm trương: ≤ 10 - ≥ 220 mmHg - Trung bình: ≤ 20 - ≥ 260 mmHg - Trẻ em: - Tâm thu: ≤ 30 - ≥ 240 mmHg - Tâm trương: ≤ 10 - ≥ 220 mmHg - Trung bình: ≤ 20 - ≥ 225 mmHg - Trẻ sơ sinh: - Tâm thu: ≤ 30 - ≥ 140 mmHg - Tâm trương: ≤ 10 - ≥ 110 mmHg - Trung bình: ≤ 20 - ≥ 125 mmHg - Tính năng đo nhiệt độ:		
--	--	--	--

	+ Dải đo: 0 tới $\geq 50^{\circ}\text{C}$ + Độ chính xác: $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ + Độ phân giải: $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ Pin sạc - pin: Lithium-ion hoặc tương đương - Thời gian hoạt động: ≥ 4.5 giờ Lưu trữ - Có thể lưu trữ dữ liệu xu hướng của bệnh nhân dưới dạng sóng Màn hình - Kiểu màn hình: màn hình cảm ứng - Điều khiển bằng cảm ứng và nút xoay - Màn hình kích thước: ≥ 12 inches - Độ phân giải: $\geq 1280 \times 800$ pixels - Số dạng sóng hiển thị: ≥ 10 dạng sóng. Báo động - Có tối thiểu ≥ 3 cấp độ báo động		
--	--	--	--

Phụ lục II: Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

V/v báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán mua sắm toán “Mua bổ sung thiết bị y tế cho khoa Ngoại tổng hợp và Đơn vị cấp cứu” của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền Bắc Ninh

Căn cứ Thông báo mời báo giá số 98/TB-BV ngày 20/08/2026 của Bệnh viện YHCT Bắc Ninh; Chúng tôi là Xin được báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua bổ sung thiết bị y tế cho khoa Ngoại tổng hợp và Đơn vị cấp cứu” của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh và các dịch vụ liên quan. Chi tiết như sau:

I. Danh mục chi tiết và giá chào:

STT	Tên thiết bị y tế theo dự toán	Tên thương mại của thiết bị y tế được chào	Ký, mã, nhãn hiệu, Hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất	Đặc tính thông số kỹ thuật; quy cách đóng gói (nếu có)	Mã HS (nếu có)	Thông tin về Công bố, phân loại TBYT, Các chứng chỉ chất lượng	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá đã bao gồm thuế (VND)	Thành tiền (VND)
1										
n										
	Tổng cộng									

II. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung trong báo giá và các nội dung sau:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác.

2. Giá trong Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí dịch vụ, phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện; Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

3. Cam kết cung ứng đầy đủ, đúng chủng loại, đúng chất lượng cam kết và đảm bảo thời gian thiết bị y tế đã chào giá.....