

THƯ MỜI

V/v mời báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh”

Kính gửi: Các công ty cung ứng thiết bị y tế

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14/6/2025 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 83/2025/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-SYT ngày 10 tháng 03 năm 2026 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-SYT ngày 31/12/2025 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 1);

Căn cứ Dự trù đề nghị mua sắm bổ sung thiết bị y tế quý 3 của khoa Dược và các khoa điều trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học-Kỹ thuật Bệnh viện ngày 21/08/2026 V/v thống nhất danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế thuộc

dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh”

Căn cứ Quyết định 428/QĐ-BV ngày 21/08/2026 của Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh về việc phê duyệt trương mua sắm và danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh”;

Để có căn cứ giá tham khảo để lập giá gói thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh” đảm bảo đúng theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Bệnh viện đề nghị các Công ty/ đơn vị có năng lực quan tâm gửi báo giá dịch vụ/hàng hóa, cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ds Trần Mạnh Hùng – Chức vụ: Trưởng phòng Vật tư - TBYT – ĐT: 0988.447.368
– Email: phong.vattu.tbyt.yhctbg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh. Địa chỉ: Số 02 - Đường Nguyễn Danh Vọng – Phường Bắc Giang – Tỉnh Bắc Ninh.
- Nhận qua email: phong.vattu.tbyt.yhctbg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22/08/2026 đến trước 17h00 ngày 01/09/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

6. Địa điểm cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ: tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục, số lượng, yêu cầu về thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị y tế chi tiết theo phụ lục I đính kèm

III. Lưu ý:

1. Các đơn vị phải chào giá tất cả các loại thiết bị y tế trong danh mục trên.
2. Giá trong Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí dịch vụ, phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện;
3. Đơn vị báo giá cung cấp hồ sơ năng lực, hồ sơ ủy quyền, hồ sơ phân phối (nếu có).....
4. Các đơn vị báo giá theo mẫu sau: Chi tiết tại Phụ lục 2.

Trân trọng cảm ơn quý đơn vị đã quan tâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KTTC, KHTH để phối hợp
- Đăng tải cổng TT đơn vị;
- Lưu: VT, VT-TBYT./.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Toàn

PHỤ LỤC I
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA
THIẾT BỊ Y TẾ

TT	Tên danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Thiết bị sắc thuốc bằng hơi	<u>*Yêu cầu chung:</u> - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Máy chính đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với mạng lưới điện Việt Nam <u>*Cấu hình cung cấp:</u> - Máy chính: 01 máy. Là thiết bị cung cấp hơi tự động, sử dụng điện. - Tủ điều khiển điện: 01 tủ - Dây cáp nguồn: 01 chiếc - Mỗi ấm sắc có: 01 Giỏ đốt + 01 nắp kín, có núm cầm. - Cáp nối đất (tiếp địa) : 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ <u>*Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản:</u> - Máy chính cung cấp hơi tự động, sử dụng điện. Công suất sắc đồng thời ≥ 24 ấm. Chất liệu Inox 304, dày $\geq 3\text{mm}$; - Mỗi ấm sắc có: 01 Giỏ đốt lỗ $\varnothing 4 - 5\text{mm}$ + 01 nắp kín, có núm cầm. Dung tích mỗi ấm: từ 2,0 – 2,3 lít. - Đáy các ấm sắc thuốc được dập lõm đảm bảo được xả hết thuốc. - Bao chứa hơi: Thép chuyên dụng dày $\geq 6\text{mm}$; - Bảo ôn bằng bông thủy tinh, bọc ngoài bằng Inox 304. - Van xả dịch $\geq \varnothing 15$ Inox 304, số lượng ≥ 24 van. - Van xả nước ngưng tụ $\geq \varnothing 20$, số lượng: 01 Chiếc;	Máy	05

		- Van cấp hơi, số lượng: 01 cái; - Van an toàn $\geq \varnothing 20$, số lượng: 01 Chiếc - Đồng hồ áp kế đạt tiêu chuẩn. - Mạch điều khiển trung tâm, điều khiển bằng Mainboard vi xử lý, mặt kính cường lực, nút bấm cảm ứng nên rất đảm bảo an toàn và bền với môi trường làm việc ẩm ướt có nhiều hơi nước. - Có hệ thống cài đặt nhiệt độ sấy dạng kỹ thuật số, đồng hồ hiển thị nhiệt độ dạng đèn LED - Máy sắc thuốc có 2 chế độ: Sắc thuốc và Cô đặc. - Thời gian sôi: 30 đến 45 phút - Thời gian sắc: 2 đến 3 giờ - Cài đặt thời gian sắc: 0 đến 99 giờ - Lượng thuốc sau khi sắc: 150 – 250ml - Có hệ thống điện thông minh-Tự động bật tắt máy theo lịch trình cài đặt: Có - Thiết bị an toàn cảm biến nhiệt độ cắt bớt công suất đun khi nước thuốc sôi để tránh trào thuốc - Thiết bị an toàn cảm biến cắt toàn mạch điện khi quá nhiệt * Các yêu cầu khác: - Thời gian giao hàng: ≤ 60 ngày - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Đơn vị sử dụng. - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo chính hãng làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. - Bảo hành ≥ 12 tháng.		
2	Thiết bị xông hơi	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% - Sản xuất năm 2025 trở đi - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương – Nguồn điện: AC 220V, 50Hz ($\pm 10\%$) – Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 70\%$ II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính: 01 cái - Xô chứa nước: ≥ 01 cái; - Ca đựng nước: ≥ 01 cái	Cái	06

		- Vòi phun hơi: ≥ 02 cái; - Túi đựng thuốc: ≥ 02 cái - Tấm chụp xông hơi: ≥ 2 cái - Băng thấm hút nước: ≥ 4 cái - Cầu chì: ≥ 2 cái - Ống cao su silicon: ≥ 1 cái - Bộ dụng cụ vệ sinh máy: ≥ 01 bộ - Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu kỹ thuật Tính năng chung - Bình đôi, bộ điều khiển đôi, vòi phun ≥ 02 cái, bộ điều khiển độc lập hai kênh, có thể điều trị hai bệnh nhân cùng lúc - Tự động kiểm soát lượng chất thải lỏng thải ra, đảm bảo thể tích và nhiệt độ hơi nước, không dễ bị tắc nghẽn, không phun nước. Thông số kỹ thuật - Công suất đầu vào định mức: 2300VA - Có màn hình hiển thị hoạt động: Màn hình cảm ứng LCD ≥ 7 inch - Thời gian gia nhiệt trước: ≤ 15 phút - Điều chỉnh công suất: ≥ 6 cấp số. - Vòi phun có thể xoay linh hoạt mà không bị dừng: Xoay ngang 360°, xoay dọc 110°, điều chỉnh ngang 110°. - Thời gian điều trị: 1-99 phút, dung sai ± 30 giây - Nhiệt độ gia nhiệt trước: có thể điều chỉnh 70-99°C. - Sử dụng thiết bị lọc 50 mắt lưới làm bằng vật liệu 304 để chống tắc nghẽn.		
3	Tủ sấy paraffin	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương - Máy chính đạt tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với mạng lưới điện Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình - Máy chính, thân tủ sấy chứa được tối thiểu 20 khay. - Khay làm bằng Inox 304 - Hệ thống cài đặt nhiệt độ: 01 chiếc	Cái	04

		- Hệ thống cài đặt thời gian: 01 chiếc - Quạt đối lưu khí tuần hoàn: 01 chiếc - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 01 bộ III. Yêu cầu tính năng kỹ thuật - Tủ sấy Faraffin là sản phẩm có tác dụng của Faraffin làm giảm đau, tăng cường lưu thông máu và huyết khí... - Nhiệt độ sấy tối đa: ≥ 100 độ C - Đồng hồ hiển thị nhiệt độ làm việc: có; hiển thị dạng đèn LED - Cài đặt thời làm việc gian tối đa ≥ 99 giờ: có; hiển thị dạng đèn LED - Chế độ bật tắt tự động: có - Chế độ làm việc: ≥ 3 chế độ. Sấy tan chảy Paraffin – Quạt làm nhanh nguội Paraffin - Ủ paraffin		
--	--	---	--	--

Phụ lục II: Mẫu báo giá

BÁO GIÁ

V/v báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh”

Kính gửi: Bệnh viện y học cổ truyền Bắc Ninh

Căn cứ Thông báo mời báo giá số 99/TB-BV ngày 21/08/2026 của Bệnh viện YHCT Bắc Ninh; Chúng tôi là Xin được báo giá thiết bị y tế thuộc dự toán “Mua thiết bị y tế bổ sung Quý 3 năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh” và các dịch vụ liên quan. Chi tiết như sau:

I. Danh mục chi tiết và giá chào:

STT	Tên thiết bị y tế theo dự toán	Tên thương mại của thiết bị y tế được chào	Ký, mã, nhãn hiệu, Hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất	Đặc tính thông số kỹ thuật; quy cách đóng gói (nếu có)	Mã HS (nếu có)	Thông tin về Công bố, phân loại TBYT, Các chứng chỉ chất lượng	Khối lượng	Đơn vị tính	Đơn giá đã bao gồm thuế (VND)	Thành tiền (VND)
1										
n										
	Tổng cộng									

II. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật các nội dung trong báo giá và các nội dung sau:

1. Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác.

2. Giá trong Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí dịch vụ, phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện; Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

3. Cam kết cung ứng đầy đủ, đúng chủng loại, đúng chất lượng cam kết và đảm bảo thời gian thiết bị y tế đã chào giá.....